



Matériel de laboratoire pour le BTP

SOLS

CLASSIFICATION DES SOLS

LIMITE DE RETRAIT

Code produit

UTS-0230 Ensemble de test de limite de retrait
UTS-0234 Plaque à pointes
UTGH-1425 Capsule d'évaporation avec couvercle,
Aluminium, Ø: 55 mm h: 35 mm
UTGH-1430 Capsule d'évaporation avec couvercle,
Aluminium, Ø: 45 mm h: 10 mm
UTGG-2170 Coupelle en porcelaine, dia. 120 mm
UTGH-1495 Spatule, petite, longueur: 120 mm
UTGG-1005 Éprouvette graduée 25 ml

Normes

XP P 94-060-1 ; ASTM D427; AASHTO T92; UNE 103-108; UNI 10014

Lorsque la teneur en eau d'un sol cohésif à grains fins est réduite en dessous de la limite plasticité, le rétrécissement de la masse du sol se poursuit jusqu'à la limite de retrait soit atteinte. Cette méthode de test couvre la détermination de la limite de retrait, le taux de retrait, le retrait volumétrique et le retrait linéaire.

L'ensemble de test de limite de retrait est fourni avec :

- Plaque avec 3 pointes
- Boite avec couvercle, aluminium, Ø: 45 mm h: 10 mm, 2 pcs.
- Boite avec couvercle, aluminium, Ø: 55 mm h: 35 mm
- Coupelle en porcelaine, 120mm dia.
- Spatule, 120 mm
- Éprouvette en verre gradué, 25 ml
- Mallette de transport



Dimensions	340x290x90 mm
Poids (approx.)	1,5 kg